SPRYSTEP-WIJZER

SpryStep® is een famlie van verschillende dynamische enkel-voetorthesen (EVO's), gemaakt van composietmateriaal. Hoe bepaal je de best passende EVO? Hiernaast een schematische weergave.

Heeft de patiënt multidirectionele instabiliteit en/of een beperkt bewegingsbereik in het enkelgewricht, subtalaire gewricht of 1e MTP-gewricht?

JA → Maatwerk **SpryStep®** assortiment aanbevolen

NEE

Hoe zou u de knie instabiliteit beschrijven?

GEEN TOT LICHTE KNIE INSTABILITEIT EN/OF HYPEREXTENSIE VAN DE KNIE IN DE STANDFASE

- MATE VAN DE VOETHEFFERS PARESE
  - LICHT
  - MATIG

MATIGE KNIE INSTABILITEIT (KNIE EXTENSIE KRACHT ≥ 3 MRC*)

- MATE VAN DE VOETHEFFERS PARESE
  - MATIG
  - ERNSTIG

Activiteitsniveau van de patiënt (hoog tot laag)

Spierkracht plantairflexie MRC* (hoog tot laag)

MRC*	5	4	≤ 3	≤ 3
				
	SpryStep® flex	**SpryStep®**	**SpryStep® plus**	**SpryStep® max**
	• Posterior-laterale, spiraalvormige veer met kuitmanchet aan de achterzijde • Gebruikt voor het vergroten van de resterende dorsaalflexie spierkracht en proprioceptie bij actieve gebruikers	• Posterior-laterale, halfspiraalvormige veer met kuitmanchet aan de achterzijde • Ter ondersteuning bij zwakkere dorsaalflexie spierkracht en proprioceptie.	• Posterior-laterale veer, met schaal aan de voorzijde • Ter ondersteuning van de resterende plantairflexie, spierkracht, knie-stabiliteit en proprioceptie in een breed scala van gebruikers	• Laterale veer met schaal aan de voorzijde • Ter ondersteuning van verzwakte plantairflexie spierkracht, voor knie-stabiliteit en proprioceptie bij minder actieve gebruikers

DIGITAAL ADVIES OP MAAT?

SPRYSTEP.NL

Weerstand van de EVO in dorsaalflexie



*Medical Research Council Manual Muscle Testing Scale